



CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA  
**SANATORIUL DE PNEUMFTIZIOLOGIE GEOAGIU**  
Str.Sanatoriului, Nr.8, Oras Geoagiu, Jud.Hunedoara, 335400,  
CUI 5069258, Tel: 0254248884, Fax: 0254248968  
www.sanatoriulgeoagiu.ro, e-mail: info@sanatoriulgeoagiu.ro



Operator de date  
cu caracter personal  
nr.1488 din 18.01.2012

Nr.1259/23.03.2016

*Aprobat,*

MANAGER

**Ec.Brețean Dorel Ovidiu**



## CAIET DE SARCINI

**privind achiziția de servicii de fizica medicala in conformitate**

**cu prevederile Ord.CNCAN nr.173/2003**

**Cod CPV 71317000-3**

### I DATE GENERALE

În conformitate cu prevederile Ordinului CNCAN nr.173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu, Cod fiscal:5069258, Adresa: oras Geoagiu, str. Sanatoriului nr.8, județul Hunedoara, are obligația de a asigura activitati specifice fizicianului medical privind activitati de radiodiagnostic, dozimetrie clinica, asigurarea calitatii si controlului calitatii, radioprotectie, management al instalatiei RX, consultanta in domeniul normelor privind radioprotectia persoanelor in cazul expunerii medicale la radiatii ionizante conform cerintelor Presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare.

### II CERINȚE TEHNICE

Asigurarea consultantei privind dozimetria si supravegherea instalatiilor din punct de vedere al protectiei radiologice pentru Laboratorul de radiologie si imagistica medicala al Sanatoriului Geoagiu si verificarea corectitudinii inregistrarii datelor mentionate in Ord. Nr.1542/2006.

### III CONDIȚII MINIME OBLIGATORII

Responsabilitățile fizicianului medical sunt:

- să elaboreze cerințe și specificații pentru achiziționarea instalației potrivite de radiologie, asigurându-se de securitatea radiologică a instalației;
- să întocmească tema de proiectare pentru amplasarea și construcția laboratorului de radiologie, în colaborare cu radiologul;



- c) să supravegheze sau să participe la testele de acceptare, punerea în funcțiune și controlul calității instalațiilor radiologice;
- d) să stabilească proceduri de evaluare a dozei pacientului;
- e) să supravegheze instalarea-montarea, întreținerea, verificarea, repararea instalațiilor radiologice;
- f) să supravegheze inventarierea instalațiilor radiologice;
- g) să participe la investigarea și la evaluarea incidentelor și accidentelor radiologice.
- h) să ofere beneficiarului serviciile contractate de calitate și în acord cu reglementările legale în domeniu.
- i) să informeze beneficiarul în scris asupra eventualelor deficiențe constatate în timpul desfășurării activității contractate și să propună măsuri pentru remediere.
- j) să se comporte întotdeauna într-o manieră care susține cele mai înalte standarde de îngrijire a sănătății și cu demnitate profesională.

#### **IV. OBIECTUL CONTRACTULUI**

Obiectul contractului îl reprezintă furnizarea de servicii de fizică medicală în conformitate cu prevederile Ordinului CNCAN nr.173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională, respectiv activități specifice fizicianului medical privind activități de radiodiagnostic, dozimetrie clinică, asigurarea calității și controlului calității, radioprotecție, management al instalației RX, consultanță în domeniul normelor privind radioprotecția persoanelor în cazul expunerilor medicale la radiații ionizante conform cerințelor Președintelui Comisiei Naționale pentru Controlul Activităților Nucleare.

#### **V. CERINȚE MINIME OBLIGATORII**

Prestarea serviciilor se face lunar la sediul beneficiarului.

Prestatorul are obligația să întocmească un raport de activitate lunar în care va detalia serviciile prestate.

Plata serviciilor se va face lunar, în baza facturii emise de către prestator, în perioada 24-31 ale lunii aferente înregistrării facturii la sediul Sanatoriului de Pneumoftiziologie Geoagiu, în termen de 60 de zile.

Intocmit,

Responsabil radioprotecție radiologică,

Dr.Stoicoi Mariana